

## 64 排 CT 球管用户需求（征求意见稿）

### 一、技术标准

#### （一）具体技术指标要求

1. 品名：CT 球管
2. 适用机型：GE Lightspeed VCT 64 排螺旋 CT
3. 阳极热容量：≥8.0MHU（5.7MJ）
4. 最大功率：100KW
5. 焦点大小：0.7X0.6mm， 0.9X0.9mm
6. 最大阳极冷却速率：≥8KW
7. 管电压：≥140KVP
8. 阳极转速：≥8000RPM

#### （二）实施人员要求

安装和调试工程师为投标人的员工，并附投标人为该员工购买 2 年社保证明。

#### （三）安装调试要求

投标人负责球管安装和调试，安装工程师应具备原厂培训证书。安装调试时，需免费做相关部件的除尘保养工作。

### 二、服务要求

#### （一）售后质保和培训

1. 球管保用：该球管保用 20000 个病人或一年，先到为准。球管在保用期内出现任何质量问题，由投标人负责调换壹只同型号原装球管累计赔偿，所赔偿球管保用次数时间累加原球管使用次数时间，不再另计。

2. 在球管使用期内，投标人提供 CT 整机免费技术保修服务，每季度免费保养设备一次。

3. 售后服务响应时间：24 小时\*365 天有工程师接听，接到故障报修电话后，2 小时内做出响应，工程师应在 12 小时内到达现场进行维修；

4. 培训：投标人免费提供培训服务。

5. 投标人须具有不少于 3 家医院的该设备维修业绩；提供相关证明材料（合同、中标通知书或客户清单）

6. 投标人应提供球管的有效授权，以确保球管的合法来源。

#### (二) 保密要求

甲、乙双方在采购和甲、乙双方在采购和履行合同过程中报获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

#### (三) 供货、安装周期及交货地点

- 1、合同生效后，在甲方通知招标方后 48 小时内完成安装。
- 2、中标方提供设备的各项技术性能指标必须和技术文件规定的要求。
- 3、交货地点，广东广州。

### 三、验收、付款及其他内容

#### (一) 验收方式

##### 现场验收

#### (二) 付款方式

安装调试完毕并验收合格后，收到乙方开具合同金额 95% 的发票后，两个月内向乙方支付，余下的 5% 作为质保金，合同期满一年后无息返还。